



LABORINFORMATION

(04/2022)

EDV Ausfallkonzepte Zentrallabor – Labordiagnostik

Komponenten					
Online-Anforderung	Labor-EDV Glims	SAP/Meona-Copra	D3 Archiv	Online-Drucker	Vorgehen
Ausfall	ok	ok	ok	ok	Siehe unter 1
ok	Ausfall	ok	ok	ok	Siehe unter 2
Ausfall	Ausfall	ok	ok	ok	Siehe unter 3
ok	ok	Ausfall	Ausfall	ok	Siehe unter 4
Ausfall	ok	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Siehe unter 5
Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Ausfall	Siehe unter 6

1. Bitte mit Laboranforderungsschein - Zentrallabor - Analysen anfordern (siehe Laborinformation 01/23)

Wichtig:

- a) Achten Sie darauf, dass Sie stets ausreichend Laboranforderungsscheine zur Verfügung haben.
 - b) Die Profile können nicht auf den Laboranforderungsscheinen abgebildet werden. Bitte daher unbedingt eine Liste der benötigten Parameter führen.
2. Durch den Ausfall des Labor-EDV werden die Aufträge nach Standardprofilen bearbeitet (siehe Laborinformation 01/22). Der Laborbetrieb ist erheblich eingeschränkt und nur auf dringliche Untersuchungen beschränkt. Die Ergebnisse werden als Geräteausdruck an die Einsender gefaxt. Dringliche und notwendig Parameter, die nicht Bestandteil der Laborprofile sind, können berücksichtigt werden.
 3. Anforderung mit Laboranforderungsschein (siehe unter 1) und Bearbeitung der Aufträge nach Standardprofile (siehe unter 2)
 4. Aktivierung der Online-Drucker für Einsender für die die Online Drucker deaktiviert wurden.
 5. Siehe Vorgehen 1, Befunde werden im Zentrallabor gedruckt und über Rohrpost bzw. Fax an die Einsender geschickt.
 6. Siehe Vorgehen 1, 2 und 5

Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Prof. Dr. med. J. Geisel
Leiter der Abteilung

Gez.
Dr. med. U. Hübner
Oberarzt

Homburg, den 14.02.23

Diese und weitere Laborinformationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter
-Informationen rund um das Zentrallabor-