



## **LABORINFORMATION**

Version (04/2023)

### **EDV Ausfallkonzepte Zentrallabor – Labordiagnostik**

<b>Komponenten</b>				
<b>Online-Anforderung</b>	<b>Labor-EDV Glims</b>	<b>SAP</b>	<b>Online-Drucker</b>	<b>Vorgehen</b>
<b>Ausfall</b>	ok	ok	ok	Siehe unter 1
ok	<b>Ausfall</b>	ok	ok	Siehe unter 2
<b>Kein Zugriff</b>	ok	<b>Ausfall</b>	ok	Siehe unter 3

1. Bitte mit Laboranforderungsschein - Zentrallabor - Analysen anfordern (siehe Laborinformation 01/2023)  
**Wichtig:**
  - a) Achten sie darauf, dass sie stets ausreichend Laboranforderungsscheine zur Verfügung haben.
  - b) Die Profile können nicht auf den Laboranforderungsscheinen abgebildet werden. Bitte daher unbedingt eine Liste der benötigten Parameter führen.
2. Durch den Ausfall der Labor-EDV werden die Aufträge nach Standardprofilen bearbeitet (siehe Laborinformation 01/22). Der Laborbetreiber ist erheblich eingeschränkt und nur auf dringliche Untersuchungen beschränkt. Die Ergebnisse werden als Geräteausdruck an die Einsender gefaxt. Dringliche und notwendig Parameter, die nicht Bestandteil der Laborprofile sind, können berücksichtigt werden.
3. Aktivierung der Online-Drucker für Einsender für die die Online Drucker deaktiviert wurden. Bestehende Onlineaufträge werden bearbeitet, neue Anforderungen nur mit Schein möglich.

Mit freundlichen Grüßen  
Gez.  
Prof. Dr. med. J. Geisel  
Leiter der Abteilung

Gez.  
Dr. med. U. Hübner  
Oberarzt

Homburg, den 13.12.23